UK3LB00-T04

OSSTEM IMPLANT Co., Ltd.
Chair Business
192, Haebong-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15428, Korea
Tel. : +82-2-2016-7000 / Fax : +82-2-2016-7001
http://www.osstem.com
Identificativo del dispositivo: K3 CON PORTASTASTRUMENTI SUCARRELLO

SN

UDI

Nome del dispositivo: K3 riunito odontoiatrico e poltrona,
TIPO CON PORTASTRUMENTI A CARRELLO
Alimentazione nominale: 100 - 120 V~, 8A, 50/60Hz, 1.2KVA
220 - 240 V~, 3.5A, 50/60Hz, 1.2KVA
Ciclo di lavoro (poltrona): 60 s accesa, 600 s spenta
OBELIS S.A
Bd. General Wahis, 53 1030 Bruxelles, Belgio
Tel. : +32-2-732-59-54 / Fax : +32-2-732-60-03

CE 2460

MD

(105 * 55)

OSSTEM IMPLANT Co., Ltd.
Chair Business
192, Haebong-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15428, Korea
Tel. : +82-2-2016-7000 / Fax : +82-2-2016-7001
http://www.osstem.com
Identificativo del dispositivo: K3 CON PORTASTASTRUMENTI INTEGRATO

SN

UDI

Nome del dispositivo: K3 riunito odontoiatrico e poltrona,
TIPO CON PORTASTRUMENTI INTEGRATO
Alimentazione nominale: 100 - 120 V~, 8A, 50/60Hz, 1.2KVA
220 - 240 V~, 3.5A, 50/60Hz, 1.2KVA
Ciclo di lavoro (poltrona): 60 s accesa, 600 s spenta
OBELIS S.A
Bd. General Wahis, 53 1030 Bruxelles, Belgio
Tel. : +32-2-732-59-54 / Fax : +32-2-732-60-03

CE 2460

MD

(105 * 55)